


Messprotokoll

Y-Achse

17000



Serie-Resonanz

Frequenz M in. = 35019 KHz
Güte M in. = 156

Parallel-Resonanz

Frequenz M ax. = 35061 KHz
Güte M ax. = 19202

Sonotroden N r.

12300-2

Messplatz N r.

1

Datum

30.12.2002

Geprüft von

R Bär

Auftrags N r.

12300-2

Bär Elektronik